



Каталка медицинская Медтехноцентр КПП

ИМ-7.101148/2406

Классификационный код: 32.50.30.500

Производитель: Медтехноцентр РУП

Технические характеристики:

Тип.....	каталка
Ложе.....	металлический лист
Механизм регулирования высоты.....	гидропривод
Диаметр колёс.....	150 мм
Вес.....	80 кг
Боковые барьеры.....	есть
Наличие матраса.....	нет
Носилки.....	нет
Угол наклона спинной секции.....	0° до 45°±3 °
Высота ложа.....	635-935 мм
Длина.....	2100 мм
Ширина.....	635 мм
Высота.....	600 мм
Допустимая нагрузка.....	100 кг

Описание

Каталки для перевозки пациентов Медтехноцентр.

В состав каталки входит:

- ложе;
- два боковых ограждения;
- ходовая часть;
- штатив для длительных вливаний.

Каталки выдерживают двукратную номинальную нагрузку, равномерно распределенную на ложе, установленное в нижнее положение. За номинальную, принята нагрузка – 100 кг.

Усилие, необходимое для подъема ложа, установленного в среднем по высоте положении (с равномерно распределенной 1.5-кратной нагрузкой на нем), приложенное к педали гидропривода каталки, должно быть не более 300 Н (300 кг).

Каталки КПП1, КПП2 и КПП6 имеют отбойники для предотвращения ударов о стены при перемещениях и при случайных столкновениях, а также штатив для длительных вливаний.

Наружные поверхности каталок устойчивы к воздействию дезинекционных средств, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Ложе каталок КПП1, КПП2 и КПП6 имеют секцию опоры спины с углом наклона от 0° до 45°±3° с не менее чем тремя фиксируемыми промежуточными положениями.

Каталки КПП3, КПП4 и КПП5 имеют съемное ложе.

Ложе каталок КПП1 и КПП3 рентгенопрозрачны.

Каталки имеют четыре колеса диаметром не менее 150 мм.

Не менее двух колес имеют систему блокировки, срабатывающую при нажатии на педаль с усилием не более 100Н.

Каталки КПП1, КПП2 и КПП6 имеют боковые ограждения.

Каталки могут иметь различные типы боковых ограждений:

- съемные;
- раскладные;
- откидные.

Штатив для длительных вливаний – съемный, крепиться у изголовья и жестко фиксируется в рабочем положении, изготовлен из нержавеющей стали.

Штатив имеет высоту не менее 1100 мм от ложа каталки.

Вертикальная нагрузка на штатив не более 5 кг.

Штатив имеет подставки для одновременного введения инфузионных сред (минимум два пакета или бутылки).

Варианты исполнения каталки КПП

КПП 1 ГКСН 301.00.000.000 Каталка для перевозки пациентов с регулируемой	КПП 3 ГКСН 303.00.000.000 Каталка для перевозки пациентов с регулируемой	КПП 5 ГКСН 305.00.000.000 Каталка для перевозки пациентов
---	---	--

<p>высотой лежа рентгенопрозрачная 2100×635×600 Масса: 80 кг</p>	<p>высотой лежа рентгенопрозрачная 2158×660×579 Масса: 80 кг</p>	<p>с регулируемой высотой лежа 2158×660×579 Масса: 80 кг</p>
<p>КПП 2 ГКСН 302.00.000.000 Каталка для перевозки пациентов с регулируемой высотой лежа 2100×635×600 Масса: 80 кг</p>	<p>КПП 4 ГКСН 304.00.000.000 Каталка для перевозки пациентов с регулируемой высотой лежа 2158×660×579 Масса: 80 кг</p>	<p>КПП 6 ГКСН 306.00.000.000 Каталка для перевозки пациентов 2100×635×600 Масса: 80 кг</p>

Нижнее положение лежа от пола – 635 мм.

Верхнее положение лежа от пола — 935 мм.

Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч.

Средний срок службы не менее 5 лет.