



Катетер баллонный дилатационные Apollo

ИМ-7.114411

Классификационный код: 32.50.13.100

Производитель: BrosMed Medical Co., Ltd.

Поставщики

LTMed, Представительство
ООО (Республика Эстония)
в Республике Беларусь, ООО
102394900

Договорная цена

Описание

- Некомпактный постдилатационный катетер высокого давления;
- Совместим с направляющим катетером 5F;
- Баллоны диаметром 2,0–5,0 мм и длиной 8–18мм.;
- Среднее давление разрыва баллона составляет 30 атм. Комбинированное покрытие:
- Slider Hydro™ патентованное гидрофильное покрытие внешней поверхности от наконечника до прилегающего отверстия для проводника;
- Гидрофобное силиконовое покрытие Eel™ внутреннего просвета баллона для облегчения проведения по проводнику.