

## Техническое задание

### Лестница - брусья с электронной регулировкой высоты ступеней «Альтерстеп»

№ п./п.	Наименование или обозначение параметра или требования	Значение параметра
<b>1</b>	<b>Технические характеристики</b>	
<b>1.1</b>	Параметры сети электропитания:	
<b>1.1.1</b>	тип сети электропитания	однофазная
<b>1.1.2</b>	номинальное напряжение сети, В	220
<b>1.1.3</b>	допустимое отклонение напряжения сети от номинального, В	± 22
<b>1.1.4</b>	частота сети, Гц	50
<b>1.2</b>	Максимальная мощность, потребляемая от сети, при номинальном напряжении сети, В·А, не более	200
<b>1.3</b>	Габаритные размеры тренажера	
<b>1.3.1</b>	в рабочем состоянии, не учитывая длины поручня, Д × Ш × В, мм, не более	2800 × 890 × 1100 (в опущенном состоянии), 2800 × 890 × 1600 (в поднятом состоянии).
<b>1.3.2</b>	длина ramпы для въезда инвалидной коляски, мм, не более	короткая ramпа – 600.
<b>1.3.3</b>	диапазон высоты подъема/опускания ступеней тренажера, мм, не более	0...150
<b>1.3.4</b>	параметры изменения высоты и ширины параллельных поручней, мм, не более	диапазон регулировки высоты поручней – 300; диапазон регулировки ширины поручней – 300.
<b>1.4</b>	Масса тренажера, кг, не более	320
<b>1.5</b>	Условия эксплуатации тренажера:	
<b>1.5.1</b>	диапазон допустимых температур окружающего воздуха, °С	+ 10...+ 35
<b>1.5.2</b>	диапазон относительной влажности воздуха, %	от 45 до 75
<b>1.5.3</b>	диапазон допустимого атмосферного давления, мм. рт. ст.	(645...795)
<b>1.6</b>	Параметры надежности тренажера:	
<b>1.6.1</b>	средняя наработка на отказ, ч, не менее	10 000
<b>1.6.2</b>	средний срок службы, лет, не менее	10
<b>1.6.3</b>	среднее время ремонта, ч, не менее	3,5
<b>2</b>	<b>Комплектность</b>	
<b>2.1</b>	Тренажер «Лестница-брусья с электронной регулировкой высоты ступеней»	1 шт.
<b>2.2</b>	Короткая ramпа или длинная ramпа <sup>1</sup>	1 шт.
<b>2.3</b>	Паспорт	1 шт.
<b>2.4</b>	Руководство по эксплуатации	1 шт.
<b>2.5</b>	Потребительская тара	1 шт.
<b>3</b>	<b>Прочие условия</b>	
<b>3.1</b>	Допустимый вес пациента, кг, не более	150
<b>3.2</b>	Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь	Наличие
<b>3.3</b>	Документы, подтверждающие технические возможности участника: документ (доверенность, авторизационное письмо, сертификат и иной документ), выданный изготовителем (производителем).	Наличие

<sup>1</sup> Поставляется по выбору покупателя